

## תעודת בדיקה: 1107576

### Replacement Report

תעודה זאת מחליפה קודמת 1106807

פרטי הלקוח	איש קשר
שם: ארגון עובדי המים	שם: גרסיאלה ויגרובסקי
כתובת: ד.נ שרון 45840	טלפון:
עיר: אייל	סולר: 050-3009322
מיקוד:	פקס:

הזמנת עבודה: W290224-0185-12	מועד הגעת הדגימות	טופס נטילה של הלקוח	דוגם
מס' טופס הנטילה	05/03/2024 18:10:00	טופס נטילה של הלקוח	טל סלב
דוגם:		דוגם מוכר על ידי משרד הבריאות	

תיאור הדגימה:	מי קולחין מסריק	מספר הדגימה: 1695011	מועד דיגום:	הערת תקן:	305	
תנאי שמירת הדגימה וההובלה:	מקורר	מועד דיגום:	03/03/2024 10:00:00	הערת תקן:	305	
בדיקה	תוצאה	תחום מותר	יחידת מידה	*LOQ	שיטה	הערות
כלורידים	122.48	X ≤ 250	mg/L	2	SM 4500Cl- E	(1)
סריקת מתכת ICP נתן (Na)	81.182	X ≤ 150	mg/L	<0.5	SM 3120B	(1)

מועד תחילת בדיקות מיקרוביולוגיה 9:05 7/3/24

#### הערות

- התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
- האסמכתא לערכי "תחום מותר" מצוינת כהערה.
- יש להתייחס אל המסמך במלואו ואין להעתיק ממנו אל מסמכים אחרים.
- אבות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי תקן ISO/IEC 17025 ועקיבים לאבות מידה לאומיים או בינלאומיים.
- LOQ = MRL : משמעו גבול הכימות של שיטת הבדיקה.
- התוצאות המדווחות אינן כוללות את ערכי אי הוודאות ועל כן לא ניתן לקבוע עמידה במפרטי התקן.
- מסמך זה הועבר לשימוש הבלעדי של הלקוח הנמען. לא ניתן להשתמש במסמך, שם החברה, או שם של אחד מעובדיה לצורכי פרסום, מכירות, ללא קבלת אישור בכתב לכך מ"מעבדות בקטוכם" בע"מ.
- מעבדת "בקטוכם" מוסמכת על פי תקן ISO/IEC 17025 על ידי "הרשות הלאומית להסמכת מעבדות" ובהתאם פועלת על פי דרישות התקן בתחומים להם הוסמכה, כמפורט בנספח היקף ההסמכה.
- השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות הנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה.
- הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק.
- חוות דעת או פרשנות אינם תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- הבדיקות המסומנות ב (1) הן בדיקות המוסמכות ע"י "הרשות הלאומית להסמכת מעבדות"
- הערה מס' 305 מציינת כי: ערכי התחום המותר הינם בהתאם לתקנות בריאות העם (תקני איכות מי קולחין וכללים לטיהור שפכים) התש"ע 2010

**Lush Cernes VP Labs**

**Nazi Botershvili Environment department team leader**

**- סוף תעודה -**