

## תעודת בדיקה: 1132292

### Final Report

<b>פרטי הלקוח</b>	<b>איש קשר</b>
שם: ארגון עובדי המים	שם: גרסיאלה ויגרובסקי
כתובת: ד.נ שרון 45840	טלפון:
עיר: אייל	סלולרי: 050-3009322
מיקוד:	פקס:

<b>הזמנת עבודה: W300524-0130-10</b>	<b>מועד הגעת הדגימות</b>	<b>מועד נטילה של הלקוח</b>	<b>מס' טופס הנטילה</b>
טל סלב	03/06/2024 16:50:00	טופס נטילה של הלקוח	דוגם
		דוגם מוכר על ידי משרד הבריאות	

<b>תיאור הדגימה: קולחין אפק</b>	<b>מספר הדגימה: 1734278</b>
<b>תנאי שמירת הדגימה וההובלה: מקורר</b>	<b>מועד דיגום: 02/06/2024 10:00:00</b>
<b>הערת תקן: 305</b>	

הערות	שיטה	*LOQ	יחידת מידה	תחום מותר	תוצאה	בדיקה
(1)	SM 4500Cl- E	2	mg/L	X ≤ 250	197.60	כלורידים
	SM 3120B		mg/L		122.563	סריקת מתכות-נתרן

מועד תחילת בדיקות מיקרוביולוגיה 4/6/24 9:43

#### הערות

- התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
- האסמכתא לערכי "תחום מותר" מצוינת כהערה.
- יש להתייחס אל המסמך במלואו ואין להעתיק ממנו אל מסמכים אחרים.
- אבות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי תקן ISO/IEC 17025 ועקבים לאבות מידה לאומיים או בינלאומיים.
- LOQ = MRL : משמעו גבול הכימות של שיטת הבדיקה.
- התוצאות המדווחות אינן כוללות את ערכי אי הוודאות ועל כן לא ניתן לקבוע עמידה במפריטי התקן.
- מסמך זה הועבר לשימוש הבלעדי של הלקוח הנמען. לא ניתן להשתמש במסמך, שם החברה, או שם של אחד מעובדיה לצורכי פרסום, מכירות, ללא קבלת אישור בכתב לכך מ"מעבדות בקטוכם" בע"מ.
- מעבדת "בקטוכם" מוסמכת על פי תקן ISO/IEC 17025 על ידי "הרשות הלאומית להסמכת מעבדות" ובהתאם פועלת על פי דרישות התקן בתחומים להם הוסמכה, כמפורט בנספח היקף ההסמכה.
- השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות הנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה.
- הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק.
- חוות דעת או פרשנות אינם תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- הבדיקות המסומנות ב (1) הן בדיקות המוסמכות ע"י "הרשות הלאומית להסמכת מעבדות"
- הערה מס' 305 מציינת כי: ערכי התחום המותר הינם בהתאם לתקנות בריאות העם (תקני איכות מי קולחין וכללים לטיהור שפכים) התש"ע 2010

**Lush Cernes VP Labs**

**Nazi Botershvili Environment department team leader**

**- סוף תעודה -**